

АППАРАТ ДЛЯ ВНЕШНЕЙ КОРРЕКЦИИ И ФИКСАЦИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА (Halo-аппарат)

Аппарат предназначен для внешней многоплоскостной репозиции, дополнительной коррекции и фиксации шейного отдела позвоночника при одноэтапном и двухэтапном хирургическом лечении его повреждений.


Конструкция по своим медико-техническим параметрам соответствует современным требованиям и разрешена к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Достижимая прочность фиксации позвоночника обеспечивает возможность ранней активизации пациентов в послеоперационном периоде. Аппарат разработан совместно с Белорусским научно-исследовательским институтом травматологии и ортопедии.

Показания к применению: повреждения, деформации



Переломо-вывих на уровне С₅–С₆ при болезни Бехтерева



до коррекции

после коррекции

после лечения

**Деформация
верхнейшей отдела
(множественная миелома,
патологический переломо-
вывих С₁–С₂)**



до коррекции




в процессе коррекции

**Возможность использования Halo-аппарата при
двухэтапном хирургическом лечении**



21 в процессе операции



после операции